



EU Megfelelési nyilatkozat

megfelelés a következő irányelvek által támasztott követelményeknek:

Mi Kamstrup A/S
 Industrivej 28, Stilling
 DK-8660 Skanderborg
 Denmark
 Tel: +45 89 93 10 00

felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék(ek):

Referencia:
 Kamstrup dokumentumok:
 5509-016, 5509-045

Berendezés	Típus	Típuszám	Osztály	Típus jóváhagyási igazolás	Kelte	MID	EMC	LVD	PED	R&TTE	Környezeti
Hőmennyiségmérő	MULTICAL® 302	302-T	Cl. 2/3, E1, M1/M2	DK-0200-MI004-031	2016	x x	x x				
Hőmennyiségmérő	MULTICAL® 402	402-V/W/T	Cl. 2/3, E1, M1	DK-0200-MI004-013	2016	x x	x x				
Hőmennyiségmérő	MULTICAL® 403	403-V/W/T	Cl. 2/3, E1, M1/M2	DK-0200-MI004-037	2016	x x	x x				
Hőmérséklet érzékelő	PL, DS	65-00-0A/B/C/D 66-00-0F/G 65-00-0L/M/N/P 66-00-0Q3/4 65-56-4	M1	DK-0200-MI004-002 DK-0200-MI004-036	2016	x x	x x				
Átfolyásmérő	ULTRAFLOW® 34 qp 1,5 ... 100 m³/h	65-3	Cl. 2/3 M1, E1/E2	DK-0200-MI004-008	2016	x x	x x				
	ULTRAFLOW® 54 qp 0,6 ... 100 m³/h	65-5	Cl. 2/3 M1, E1/E2	DK-0200-MI004-008		x x	x x				
	ULTRAFLOW® 54 qp 150 ... 1000 m³/h	65-5	Cl. 2/3 M1/M2, E1/E2	DK-0200-MI004-033		x x	x x				
Számítóegység	MULTICAL® 602	602-A/B/C/D	M1, E1/E2	DK-0200-MI004-020	2016	x x	x x				
	MULTICAL® 6L2	6L2-F	M1, E1/E2	DK-0200-MI004-020		x x	x x				
	MULTICAL® 801	67-F/G/K/L	M1, E1/E2	DK-0200-MI004-009		x x	x x				
Vizmérő	MULTICAL® 21	021	Cl. 2, M1, E1/E2	DK-0200-MI001-015	2016	x x	x x				
	flowIQ® 2101	021	Cl. 2, M1, E1/E2	DK-0200-MI001-015		x x	x x				
	flowIQ® 3100	031 xx x A-L, P-W	Cl. 2, M1, E1/E2	DK-0200-MI001-017		x x	x x				
	flowIQ® 3100	031 xx x M, N, Q, X, 1-8	Cl. 2, M1, E1/E2	DK-0200-MI001-017		x x	x x				
Vizmérő	MULTICAL® 62	62-Z	Cl. 2, M1, E1, B	DK-0200-MI001-016	2016	x x	x x				

- Megjegyzés 1 MID alkalmazva a jelölt mérők esetén CE M16 0200
- Megjegyzés 2 LVD alkalmazva a 230 VAC tápellátású termékekre
- Megjegyzés 3 LVD alkalmazva kapcsolt Pulse Transmitter/Divider esetén 230 VAC tápellátással
- Megjegyzés 4 R&TTE alkalmazva rádió kommunikációs termékek esetén

Táblázat 1
 A táblázatban szereplő NA méretek megfelelnek:

Folyadék	Csoport 2							
Kategória	4§3				I		II	
Modul	N/A							
Maximális megengedhető nyomás PS	32	25	16	32	25	16	25	16
Névleges furat	DN25	DN15-DN40	DN15-DN50	DN40-DN100	DN50-DN125	DN65-DN100	DN150-DN250	DN300
Bejegyzett vizsgálati szervezet	N/A						Force Certification (0200) Park Allé 345 DK-2605 Brøndby	
Bejegyzett szervezet, Minőségirányítási rendszer ISO 9001	DNV GL Tuborg Parkvej 8, 2. DK-2900 Hellerup							

KAMSTRUP A/S
 Industrivej 28
 DK-8660 Skanderborg
 Dánia

Aláíró: Viggo Andersen
 V.P. Quality group

FORDÍTÁS:
 Az eredeti angol nyelvű dokumentum irányadó a magyar fordításhoz.

Dokumentum száma: 5518-277
 Dokumentum kelte: 2016-07-19
 Helyettesíti: 2016-05-19

A megfelelőség megállapítása a 2014/68/EU irányelv III. melléklete szerint történt.
 A 4§3 cikkely alá eső termékek nem jelölhetők CE címkével a 2014/68/EU irányelv szerint.